

Số: 2045 /TB-BVCB

Quảng Trị, ngày 12 tháng 6 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí và máy sấy khí tại Trung tâm khí toà nhà 5 tầng và 7 tầng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới
- Địa chỉ: TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Phan Thị Nhật Phương
- Chức vụ: Kế toán
- Điện thoại: 0915.625.293
- Email: nhatphuong252@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, TDP10, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 14h ngày 12 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h ngày 22 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá



STT	Danh mục dịch vụ	Khoa/ phòng	ĐVT	Số lượng	Mô tả dịch vụ
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 7 tầng - Model: C15 - Hãng sản xuất: Boge - Nước sản xuất: Đức	QLTBYT	Gói	01	Phụ lục 02
2	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 7 tầng - Model: DAZ-9-2 - Hãng sản xuất: Boge - Nước sản xuất: Đức	QLTBYT	Gói	01	Phụ lục 02
3	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 5 tầng - Model: C7 - Hãng sản xuất: Boge - Nước sản xuất: Đức	QLTBYT	Gói	01	Phụ lục 02
4	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 5 tầng - Model: DAZ-26-2 - Hãng sản xuất: Boge - Nước sản xuất: Đức	QLTBYT	Gói	01	Phụ lục 02

Nơi nhận:

- Website
- BV;muasamcong.vn
- Lưu VT./.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Cường

PHỤ LỤC 02



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ
1	<p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 7 tầng:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Model: C15 -Hãng sản xuất: Boge -Nước sản xuất: Đức 	<p>I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dầu 3000 Plus: 01 thùng 2. Lọc dầu: 02 cái 3. Bộ tách dầu: 02 cái 4. Bộ phận nozzle (lọc dầu bôi trơn vòng bi, lọc dầu quay lại trực vít): 02 bộ 5. Van áp suất tối thiểu: 02 cái 6. Van nhiệt điều tiết dầu: 02 cái 7. Bộ lọc cho bộ cấp khí đầu vào: 02 bộ 8. Đệm gaskets: 02 cái 9. Màng lọc thô khí đầu vào: 01 hộp <p>II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài máy 2. Xả kiệt dầu cũ 3. Vệ sinh làm sạch buồng máy 4. Vệ sinh cánh quạt làm mát, bộ làm mát dầu và không khí 5. Thay dầu mới, châm dầu vào bộ van điều khiển cấp khí 6. Vệ sinh van từ điều khiển cấp khí 7. Kiểm tra tình trạng và điều chỉnh độ căng dây curoa 8. Chạy vận hành thử 9. Kiểm tra rò rỉ 10. Kiểm tra nhiệt độ buồng máy 11. Kiểm tra nhiệt độ buồng nén 12. Kiểm tra áp lực nén, tốc độ tăng áp 13. Điều chỉnh thông số cài đặt 14. Kiểm tra tình trạng hệ thống sau 6 tháng bảo trì, bảo dưỡng 15. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
2	<p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 7 tầng:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Model: DAZ-9-2 -Hãng sản xuất: Boge -Nước sản xuất: Đức 	<p>I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bộ bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống xử lý khí (2 bộ), bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Module reset chương trình - Bộ giảm âm kèm lõi lọc bụi xả khí tái sinh - Bộ van 1 chiều cấp khí đầu vào - Bộ van 1 chiều đường xả

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ
		<ul style="list-style-type: none"> - Bộ van điện từ cấp khí - Bộ van điện từ xả khí - Bộ các lõi lọc thô và tinh <ol style="list-style-type: none"> 2. Lõi lọc cho bộ lọc thô: 02 cái 3. Lõi lọc cho bộ lọc carbon: 02 cái 4. Lõi lọc cho bộ lọc vi sinh: 02 cái 5. Phao xả nước tự động cho bộ lọc: 04 cái 6. Lõi van điện từ thải nước tự động: 03 cái 7. Hạt hấp phụ: 01 thùng <p>II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vệ sinh, làm sạch toàn bộ bên ngoài máy 2. Kiểm tra hoạt động, vệ sinh các bộ van điện từ 3. Kiểm tra hoạt động điều khiển của bộ điều khiển 4. Vệ sinh các bộ lọc khí, trước và sau 5. Cấp khí đầu vào, theo dõi rò rỉ khí và xử lý nếu có 6. Theo dõi chu trình hoạt động của hệ thống 7. Reset thời gian bảo dưỡng bằng chip
3	<p>Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy nén khí tại khu nhà 5 tầng:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Model: C7 -Hãng sản xuất: Boge -Nước sản xuất: Đức 	<p>I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dầu 3000 Plus: 01 thùng 2. Lọc dầu: 02 cái 3. Bộ tách dầu: 02 cái 4. Bộ phận nozzle (lọc dầu bôi trơn vòng bi, lọc dầu quay lại trực vít): 02 bộ 5. Van áp suất tối thiểu: 02 cái 6. Van nhiệt điều tiết dầu: 02 cái 7. Bộ lọc cho bộ cấp khí đầu vào: 02 bộ 8. Đệm gaskets: 02 cái 9. Màng lọc thô khí đầu vào: 01 hộp <p>II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Làm sạch toàn bộ bên trong và bên ngoài máy 2. Xả kiệt dầu cũ 3. Vệ sinh làm sạch buồng máy 4. Vệ sinh cánh quạt làm mát, bộ làm mát dầu và không khí 5. Thay dầu mới, châm dầu vào bộ van điều khiển cấp khí 6. Vệ sinh van từ điều khiển cấp khí 7. Kiểm tra tình trạng và điều chỉnh độ căng dây curoa

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ		
		8. Chạy vận hành thử		
		9. Kiểm tra rò rỉ		
		10. Kiểm tra nhiệt độ buồng máy		
		11. Kiểm tra nhiệt độ buồng nén		
		12. Kiểm tra áp lực nén, tốc độ tăng áp		
		13. Điều chỉnh thông số cài đặt		
		14. Kiểm tra tình trạng hệ thống sau 6 tháng bảo trì, bảo dưỡng		
		15. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7		
		4	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng 2 máy sấy khí tại khu nhà 5 tầng: -Model: DAZ-26-2 -Hãng sản xuất: Boge -Nước sản xuất: Đức	I. Thay thế vật tư, linh kiện, phụ kiện: Thay thế 1 lần vào đợt bảo trì, bảo dưỡng đầu tiên.
				1. Bộ bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống xử lý khí (02 bộ), bao gồm: - Module reset chương trình - Bộ giảm âm kèm lõi lọc bụi xả khí tái sinh - Bộ van 1 chiều cấp khí đầu vào - Bộ van 1 chiều đường xả - Bộ van điện từ cấp khí - Bộ van điện từ xả khí - Bộ các lõi lọc thô và tinh
				2. Lõi lọc cho bộ lọc thô: 02 cái
				3. Lõi lọc cho bộ lọc carbon: 02 cái
				4. Lõi lọc cho bộ lọc vi sinh: 02 cái
				5. Phao xả nước tự động cho bộ lọc: 04 cái
				6. Lõi van điện từ thải nước tự động: 03 cái
7. Hạt hấp phụ: 01 thùng				
II. Quy trình bảo trì, bảo dưỡng: 2 lần/ năm (Bảo trì, bảo dưỡng lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Lần 2 cách lần đầu 180 ngày)				
1. Vệ sinh, làm sạch toàn bộ bên ngoài máy				
2. Kiểm tra hoạt động, vệ sinh các bộ van điện từ				
3. Kiểm tra hoạt động điều khiển của bộ điều khiển				
4. Vệ sinh các bộ lọc khí, trước và sau				
5. Cấp khí đầu vào, theo dõi rò rỉ khí và xử lý nếu có				
6. Theo dõi chu trình hoạt động của hệ thống				
7. Reset thời gian bảo dưỡng bằng chip				

